# 超低温フリーザー　LABシリーズ　（-60℃～-80℃）

LAB8s（90L）

LAB11（130L）

LAB21（230L）

LAB31（300L）

LAB41（365L）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 製品コード | 12-3011-20 | 12-3011-21 | 12-3011-22 | 12-3011-23 | 12-3011-24 |
| 型式 | LAB8s | LAB11 | LAB21 | LAB31 | LAB41 |
| 外寸法 mm | 600×730×865 | 725×730×865 | 1055×730×865 | 1305×730×865 | 1505×730×865 |
| 内容量 | 90L | 130L | 230L | 300L | 365L |
| 電源 | 単相　100V　50/60Hz | | | | |
| 冷却性能 | -80℃　（周囲温度30℃無負荷） | | | | |
| 温度制御範囲 | -60℃ ～ -80℃ | | | | |
| 消費電力 | 250W / 300W | 430W / 480W | 500W / 530W | 600W / 640W | 650W / 680W |
| 温度表示 | デジタル表示　1℃単位 | | | | |
| 高温警報 | 設定温度+5℃～+20℃(出荷時は+15℃)・ブザー報知・エラーコード(HA表示)・遅延時間15分(出荷時設定)※変更可能 | | | | |
| 低温警報 | 設定温度-5℃～-20℃(出荷時は　-5℃)・ブザー報知・エラーコード(LA表示)・遅延時間15分(出荷時設定)※変更可能 | | | | |
| 停電警報 | ブザー報知 | | | | |
| 温度ｾﾝｻ警報 | センサー断線：ブザー報知・エラーコード（P1表示）　　センサーショート：ブザー報知・エラーコード（P1表示） | | | | |
| 遠隔警報接点 | 警報ブザー発報・エラー発生時・停電時　ON | | | | |
| 製品重量 | 48kg | 53kg | 66kg | 78kg | 83kg |
| ラック(オプション)収容数 | KR-11×3+KR-06×3<br>又KR-11D×2+KR-6D×2<br>又KB-5D×2+KB-3D×2 | KR-11×6+KR-06×3<br>又KR-11D×4+KR-6D×2<br>又KB-5D×4+KB-3D×2 | KR-11×12+KR-06×3<br>又KR-11D×8+KR-6D×2<br>又KB-5D×8+KB-3D×2 | KR-11×18+KR-06×3<br>又KR-11D×10+KR-6D×2<br>又KB-5D×10+KB-3D×2 | KR-11×21+KR-06×3<br>又KR-11D×14+KR-6D×2<br>又KB-5D×12+KB-3D×2 |
| 付属品 | 霜取りヘラ・鍵 | バスケット1個・霜取りヘラ・鍵 | | 霜取りヘラ・鍵・内蓋 | |
| 価格 | ¥550,000 | ¥670,000 | ¥770,000 | ¥900,000 | ¥1,030,000 |

※輸送費・搬入据付工事費別途

13005

※記載価格に消費税は含まれておりません。　※記載内容は改良の為、予告なく変更することがあります。

TERAOKA
株式会社テラオカ
〒565-0851　大阪府吹田市千里山西2-16-5
TEL：06-6386-0667　　FAX：06-6330-6859
https://www.teraoka-jp.com/